

Certificate of Conformity

Konformitätsbescheinigung
Certificat de Conformité
Certificato di conformità
Certificado de conformidad
Certificado de Conformidade



Page 1 of 2

Part Number 5100A-10
Teilnummer / Référence / Codice Prodotto / 5100A-100
Número de pieza / Número da peça 5100A-250
5100A-500
5100A-1000

5100E-600
5100E-1000

Description PTFE Dipper
Bezeichnung / Description / Descrizione /
Descripción / Descrição

Material PTFE Polytetrafluoroethylene
Werkstoff / Matériau / Materiale / Material / Polytetrafluoräthylen / Polytétrafluoroéthylène / Politetrafluoroetilene /
Material: Politetrafluoroetileno / Politetrafluoretileno

Date 12 December 2024
Datum / Date / Data / Fecha / Data:

English

- We confirm that the product contact parts of this sampler are manufactured from PTFE.
- The PTFE used for this product complies with the following regulations:
 - USP Class VI
 - FDA 21 CFR 177.1550
 - EU Directive 2002/72/EC
- The polymers used in the manufacture of this sampler are certified as being BSE/TSE free.
- The information detailed above has been given to us by our suppliers, it is passed on in good faith and is to the best of our knowledge correct.

Deutsch

- *Wir bestätigen, dass die Kontakteile dieses Probennehmers aus PTFE hergestellt sind.*
- *Das PTFE, das für dieses Produkt verwendet wurde, erfüllt die nachstehenden Vorschriften.*
 - USP-Kat VI
 - FDA 21 CFR 177.1550
 - EU-Richtlinie 2002/72/EC
- *Die Polymere, die für die Herstellung dieses Probennehmers verwendet wurden, sind nachweislich BSE/TSE-frei.*
- *Die obenstehenden Informationen wurden uns von unseren Zulieferern mitgeteilt und werden in Treu und Glauben nach unserem jüngsten Wissensstand weitergeleitet.*

Français

- *Nous certifions que les pièces de contact de cet échantillonneur sont fabriquées à partir de PTFE.*
- *Le PTFE utilisé dans la fabrication de cet article est conforme aux normes suivantes*
 - USP Classe VI
 - FDA 21 CFR 177.1550
 - EU Directive 2002/72/EC
- *Les polymères utilisés dans la fabrication de cet échantillonneur sont certifiés comme ne contenant aucune trace d'ESB ni d'ESST*
- *Les informations mentionnées ci-dessus ont été données par nos fournisseurs, elles sont transmises en bonne foi et, au meilleur de notre connaissance, sont exactes.*

Italiano

- *Si dichiara che le parti del campionatore a contatto con il prodotto sono realizzati con PTFE.*
- *Il PTFE utilizzato per questo prodotto rispetta le seguenti regolamentazioni:*
 - USP Class VI



Sampling Systems Ltd.

2 Trillennium Point, Gorse Lane, Coleshill, B46 1JU, UK.
Tel: +44(0)1675 466992 Email: info@sampling.com Web: www.sampling.com

Certificate of Conformity

Konformitätsbescheinigung
Certificat de Conformité
Certificato di conformità
Certificado de conformidad
Certificado de Conformidade



Page 2 of 2

- FDA 21 CFR 177.1550
- EU Directive 2002/72/EC
- *I polimeri utilizzati nella costruzione di questo campionatore sono certificati BSE/TSE free*
- *Le informazioni sopra ci sono state fornite da i nostri fornitori, vengono trasmesse in buona fede e in base alle nostre conoscenze.*

Español

- *Confirmamos que las piezas en contacto con este muestreador están fabricadas con PTFE*
- *El PTFE utilizado en este producto cumple con las regulaciones siguientes:*
 - USP Clase VI
 - FDA 21 CFR 177.1550
 - EU Directive 2002/72/EC
- *Certificamos que los polímeros utilizados en la fabricación de este muestreador están libres de BSE/TSE.*
- *La información detallada más arriba nos ha sido facilitada por nuestros proveedores, la transmitimos de buena fe y la consideramos correcta a nuestro mejor saber y entender.*

Português

- *Confirmamos que as peças de contato do produto deste amostrador são fabricados a partir de PTFE.*
- *O PTFE usado para este produto está em conformidade com as seguintes normas*
 - USP Class VI
 - FDA 21 CFR 177.1550
 - EU Directive 2002/72/EC
- *Os polímeros utilizados na fabricação deste amostrador são certificados como sendo BSE / TSE free.*
- *A informação acima foi fornecida a nós pelos nossos fornecedores, a informação transmitida é boa fé e é o melhor do nosso correcto conhecimento.*

For and on behalf of Sampling Systems Ltd.

Für und im Namen von Sampling Systems Ltd.

Pour et au nom de Sampling Systems Ltd.

Da e per conto di Sampling Systems Ltd.

En nombre y por cuenta de Sampling Systems Ltd.

Por e em nome de Sampling Systems Ltd.

Kuldeep Flora
Quality Manager

This certificate is valid for 3 years from the date given above.
Diese Bescheinigung gilt für 3 Jahre ab dem obenstehenden Datum.
Ce certificat est valable 3 ans à compter de la date indiquée ci-dessus.
Questo certificato è valido per 3 anni dalla data indicata sopra.
Este certificado es válido durante 3 años a partir de la fecha especificada más arriba.
Este certificado é válido por 3 anos a partir da data indicada acima.



Sampling Systems Ltd.

2 Trillennium Point, Gorse Lane, Coleshill. B46 1JU. UK.

Tel: +44(0)1675 466992 Email: info@sampling.com Web: www.sampling.com